



**Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia-
zakup i dostawę:**

- 6 sztuk pętli indukcyjnej okienkowej
- 1 sztuki pętli indukcyjnej przenośnej
- 3 sztuki pętli indukcyjnej do sal wykładowych

Nazwa i adres Wykonawcy tel: e-mail:	
---	--

Poniżej podajemy szacunkowy koszt za realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu:

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba sztuk	Kwota netto za 1 sztukę (zł)	Kwota brutto za 1 sztukę (zł)	Kwota brutto (zł) za całość
1	pętla indukcyjnej okienkowej	6		/6 sztuk
2	pętla indukcyjna przenośna	1		/ 1 sztuka
3	pętla indukcyjna do sal wykładowych	3		/3 sztuki

.....
(czytelny podpis i pieczęć instytucji)



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj przedmiotu zamówienia	specyfikacja
pętla indukcyjnej okienkowej	<ul style="list-style-type: none">• przeznaczone są do miejsc obsługi bezpośredniej dla osób słabostyszających• gwarancja min 24 mcy• Spełniająca normy wymagane prawem• w skład ceny uwzględniony montaż ceny oraz koszty dostawy• Składają się z:<ul style="list-style-type: none">➤ miniaturowego mikrofonu➤ miniaturowego wzmacniacza pętli indukcyjnej➤ przewodu nadawczego pętli indukcyjnej➤ oznakowania zgodnego z PN EN 60118-4➤ instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
pętla indukcyjna przenośna	<ul style="list-style-type: none">• W skład wchodzi:<ul style="list-style-type: none">➤ Pętla indukcyjna➤ Mikrofon z klipsem do przypięcia do ubrania i kablem➤ Instrukcja obsługi➤ Kołki i wkręty do zamocowania na ścianie➤ naklejka z piktogramem pętli do oznaczenia miejsca• spełniająca normy wymagane prawem z PN EN 60118-4• wizualny wskaźnik poziomu / mocy pola magnetycznego,





	<ul style="list-style-type: none">• zapewniającą pomoc studentom niedosłyszącym w miejscach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania stałej pętli• pozwala na prowadzenie rozmowy między dwoma osobami• w skład ceny uwzględniony koszty dostawy• gwarancja m.i.n 24 mcy
pętla indukcyjna do sal wykładowych	<ul style="list-style-type: none">• spełnia normy PN-EN 60118-4 dotyczącej instalacji i działania pętli indukcyjnych• zastosowanie do instalacji do 1000 m kw.2• wyjście słuchawkowe do monitorowania działania• w zestawie uchwyty do montażu w szafie• wejścia sygnału w tym liniowe i mikrofonowe• w skład ceny uwzględniony montaż ceny oraz koszty dostawy• gwarancja m.i.n 24 mcy
MIEJSCE DOSTAWY	w siedzibie Zamawiającego w Łomży ul. Akademicka 14
ZAMAWIAJĄCY:	Akademia Nauk Stosowanych ul. Akademicka 14; 18-400 Łomża

Informacja:

1. Powyższa prośba służy jedynie oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w celu wyboru właściwej procedury dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych.
3. Prosimy o odpowiedź – przesłanie informacji na temat szacowanych wartości (wysyłając wypełniony dokument „szanowanie wartości przedmiotu zamówienia”) na adres e-mail: mduchnowska@pwsip.edu.pl
4. Bardzo prosimy o podanie szacunku do dnia 09.03.2022 r. do godziny 12:00





PWSliP W ŁOMŻY
DOSTĘPNA I BEZ BARIER



AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
W ŁOMŻY



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt "PWSliP w Łomży dostępna i bez barier"
nr. POWR.03.05.00-00-A068/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój